

桃園市政府教育局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：科員 陳品臻

電話：(03)3322101~7452

電子信箱：10052728@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市立楊梅國民中學秀才分校

發文日期：中華民國111年6月24日

發文字號：桃教體字第1110056935號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「大鑫資訊股份有限公司」專案輸入之「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」（防疫專案核准輸入第1110805336號）全批號醫療器材下架回收，請查照。

說明：

一、依據本府衛生局111年6月20日桃衛藥字第1110050455號函辦理。

二、旨揭公司輸入之「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」（防疫專案核准輸入第1110805336號）醫療器材包括瑕疵品及仿冒品，用於新型冠狀病毒檢測時，將導致檢測結果偏差，而引起診斷之錯誤，顯有重大危害人體健康之虞，依據醫療器材管理法第54條規定，不得輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列旨揭試劑，並應按醫療器材回收處理辦法第3條第1款規定辦理回收。

正本：桃園市復興區公所、各私立幼兒園、桃園市立南坎幼兒園、桃園市立桃園幼兒園、桃園市立中壢高鐵幼兒園、桃園市立中壢幼兒園、桃園市立大溪幼兒園、桃

秀才分校 111/06/24 17:06




1110008088

無附件



園市立楊梅幼兒園、桃園市立蘆竹幼兒園、桃園市立大園幼兒園、桃園市立龜山
幼兒園、桃園市立八德幼兒園、桃園市立龍潭幼兒園、桃園市立平鎮幼兒園、桃
園市立新屋幼兒園、桃園市立觀音幼兒園、本市各私立高中職、本市公私立各國
中小、本市各公立高中職、本市各大專院校
副本：本局學輔校安室、本局秘書室



裝

訂

線

